

Inyección intramuscular en niños y adultos.

Última edición 18 de marzo de 2021

Por lo general, no es necesario aspirar antes de inyectar una vacuna. Sin embargo, en relación con la investigación de una posible asociación entre la inyección de la vacuna covid-19 de AstraZeneca y la aparición de casos raros pero graves de coágulos de sangre y hemorragias, SSI recomienda hasta ahora, basándose en un principio de precaución, aspirar antes de la administración. Esto se aplica a todas las vacunas covid-19 aprobadas, tanto por inyección en el músculo deltoides, como también a la opción alternativa de inyección en el músculo vasto lateral, si la inyección en el músculo deltoides no es posible.

Utilice una jeringa desechable estéril equipada con una aguja intramuscular (20-23 g). Normalmente será apropiada una longitud de cánula de 20-25 mm. La longitud debe ajustarse al tamaño de la persona y al grosor de la capa de grasa subcutánea.

Para vacunas liofilizadas:


- La reconstitución (solución) debe realizarse con el disolvente suministrado
- La aguja debe reemplazarse antes de la inyección, ya que el inserto de la aguja puede desafilarse al penetrar la membrana del vial.

Figura 1

Det anbefalede injektionssted er midt på musculus deltoideus (den store skuldermuskel), hvor den er tykkest.

Det er vigtigt at sikre, at vaccinen ikke gives hverken for højt eller for lavt i m. deltoideus, ved at give den 2-3 fingersbredder nedenfor acromion i det trekantede område markeret på figuren.

Huden desinficeres forud for injektionen med ethanol 70-85% i et ca. 5x5 cm stort område. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres.



Figur 2

Huden over injektionsstedet udspændes mellem tommelen og de øvrige fingre.

Injektionssprøjten holdes som en dartpil mellem tommel- og pegefinger.

Kanylen bør penetrere huden i en vinkel på 90°.



Figur 3

Kanylen føres ind med en rask bevægelse.

Vaccinen injiceres, og kanylen trækkes ud med en rask bevægelse.



Statens Serum Institut Artillerivej 5, 2300 Kbh S. T. [3268 3268](tel:32683268) @. serum@ssi.dk F. [3268 3868](tel:32683868) EAN 5798000362192

[Webtilgængelighedserklæring](#) [Cookies](#) [Persondatapolitik](#) [Kontakt](#) [Følg os](#)